

**ATA DE REUNIÃO DA COMISSÃO COMPOSTA PELA PREGOEIRA E EQUIPE
DE APOIO.**

Pregão Eletrônico nº. 148/2024
Processo nº. 23040/2024

Aos 20 (vinte) dias do mês de dezembro de 2024, às 16h, nas dependências da sala de licitações, reuniram-se a Pregoeira e Equipe de Apoio, nomeada por portaria, na Rua Joaquim da Neves, 211 – Vila Caldas, com a finalidade específica de dar sequência ao processo supra, que tem por o objeto registro de preço para aquisição de equipamentos médicos.

Tendo em vista o memorando 235/24 da Secretaria de Saúde, no uso de suas atribuições vem por meio do presente responder a impugnação impetrada pela Empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA.**

A empresa apresenta as seguintes alegações para impugnação:

Onde se lê: capacidade de 200mA a 1000mA

Resposta: descritivo atualizado contém alterações nesse questionamento.

Onde se lê: braço telescópico de 30cm;

Resposta: Descritivo atualizado contém alterações nesse questionamento.

Onde se lê: Potter bucky oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de aproximadamente 13x18cm a 35x43 em qualquer direção; Bucky mural: Potter Bucky oscilante, bandeja com sistema de auto centralização de chassis para filmes ou cassetes de 13x18cm a 35x43cm em qualquer direção, grade antidifusora de alta resolução de 103 a 215 linhas.

Resposta: Descritivo atualizado contém alterações nesse questionamento.

ITEM 16 – ULTRASSOM DIAGNÓSTICO SISTEMA DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO

Onde se lê: Braço do monitor de articulação, Paineis de controle de giro

Resposta: Conforme consta no descritivo, as opções já estão no descritivo não sendo necessárias alterações, cabendo ao Poder Público analisar a sua necessidade.

Onde se lê: DVD-RW integrado

Resposta: Conforme consta no descritivo e cabendo ao Poder Público analisar a sua real necessidade, não serão necessárias alterações no descritivo, tendo em vista que as imagens serão utilizadas em rede e impressas ao paciente.

Questionamento: Onde se lê: 3D/4D Questiona-se: Este termo se refere ao modo 3D Free-hand? Questionamos, pois, para imagens volumétricas deve-se pedir transdutor volumétrico para perfeito funcionamento da tecnologia. Já o 3D Free-hand não precisa de transdutor volumétrico para funcionamento.

Resposta: Se refere à tecnologia 3D/4D que permite obter imagens mais nítidas e precisas. Já o transdutor volumétrico não será contemplado no momento.

PRAZO DE ENTREGA → Será aceito: Prazo de entrega até 90 (noventa) dias?

Resposta: O prazo de entrega será mantido conforme Edital de 60 (sessenta) dias contados, a partir da solicitação por **ORDEM DE ENTREGA**, podendo a empresa vencedora do certame solicitar a dilação de prazo.

Portanto, a pregoeira e equipe de apoio em vista do parecer da Secretaria da saúde negamos provimento à impugnação apresentada pela empresa **CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA**, mantemos todas as exigências do edital.

Eidmar Carnuta da Silva Luz
Pregoeira

Cristiane Wanderley da Silva Freitas
Equipe de Apoio

Guilherme Moreira de Oliveira
Equipe de Apoio